

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

Jaraguá,

10/03/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLÍNICA	JOSIELE HELENA ROSA MELO
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
DIRETORA GERAL	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA, SERVIÇOS)

Aquisição de CUFÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO DE CUFF.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* Manômetro portátil, analógico e inflador para medição da pressão do cuff; * Escala de medição mínima de 0 a 100 cmH²O; * Indicação por meio de faixas coloridas da faixa de pressão ideal do cuff; * Possuir botão ou válvula para alívio de pressão; * Possuir saída de ar por conector tipo luer macho; * Mostrador vedado em tampa transparente; * Garantia mínima de 12 meses; * Acompanhar tubo de conexão; * Registro válido na ANVISA.

INVESTIMENTO





* ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO

JUSTIFICATIVA

É um aparelho utilizado para verificação da Pressão do Balonete do Tubo Orotraqueal, parâmetro importante para que se evite escapes de ar e pressão muito elevada do balonete na traqueal do paciente.

OBSERVAÇÕES:

A unidade não conta com este equipamento. Cufômetro Medidor de Pressão de Cuff.

NECESSIDADE	(x) REGULAR () EMERGENCIAL	DATA:	10/03/2022
ENDEREÇO DE ENTREGA:	Avenida Dioni Gomes Pereira da Silva, 115 - Setor Aeroporto, Jaraguá - GO, 76330-000		
 ASSINATURA / CARIMBO DO SOLICITANTE Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências	De acordo:  Isabella Medeiros de Melo Barcelos Diretora Administrativa CPF: 859.948.201-72 ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
 ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA GERAL	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	NÚMERO 38	ANO 2022
	 ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO		



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 11/04/2022 às 08:51, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://gdoc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 1051 e o código verificador 153.