

Jaraguá

10/03/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLÍNICA	JOSIELE HELENA ROSA MELO
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
DIRETORA GERAL	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA , SERVIÇOS)

Compma de Lanterna Clínica para realização de novos procedimentos na unidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- * Especificação técnica mínima:
- * Iluminação em LED;
- * Corpo em alumínio anodizado;
- * Clip para prender no bolso;
- * Interruptor de botão na parte superior;
- * Funcionamento com 2 pilhas palito AAA;
- * Garantia mínima de 12 (doze) meses.

*** ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO**

JUSTIFICATIVA

Equipamento necessário em pacientes intubados, fazendo com que seja prestado a melhor assistência. Necessidade para exames intrabucal e médicos.

OBSERVAÇÕES:

A unidade não conta com este equipamento.

NECESSIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) REGULAR () EMERGENCIAL	DATA: 10/03/2022
ENDEREÇO DE ENTREGA:	Avenida Dioni Gomes Pereira da Silva, 115 - Setor Aeroporto, Jaraguá - GO, 76330-000	
ASSINATURA / CARIMBO DO SOLICITANTE Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências	De acordo: ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	ANO 2022
	NÚMERO 41	2022
ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA GERAL	ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO	

Hugo Sérgio Rosa Gomes
CREA-13492/D-GO

Alexandre Barbosa
Diretor Técnico
HEJA/IBGC



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 11/03/2022 às 09:13, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://gdoc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 358 e o código verificador 154.